



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Consumo e Permanente Hospitalar para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, através de registro de preços, por lote/item.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O presente termo busca garantir aquisição do material de consumo para atender as demandas dos serviços de Urgência e Emergência, a nível municipal que fica sob responsabilidade do Pronto Atendimento Municipal e das Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Atenção Básica a Saúde.

2.2. Os materiais ora demandados são indispensáveis para a continuidade de todos os serviços assistenciais que visam a prevenção e os cuidados com a saúde e bem-estar da população de Presidente Kennedy, do mesmo modo suprir prontamente todas as necessidades e as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy – ES.

2.3. Justifica-se, ainda a aquisição, pelo fato do Município de Presidente Kennedy ter o dever de promover aos seus munícipes e aos usuários do SUS, um serviço de qualidade e excelência, atendendo ao que diz os princípios da universalidade, integralidade e equidade, conforme ao que diz o art. 196 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.4. Considerando a determinação constitucional estabelecida no artigo 37, inciso XXI, regulamentada pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, impõem-se à Administração Pública o dever de licitar.

2.5 Considerando a essencialidade dos materiais na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, tendo em vista que materiais hospitalares são considerados insumos imprescindíveis para ofertar assistência com qualidade, excelência e segurança aos pacientes.

2.6. Considerando que para maior investimento na Atenção Básica primária e secundária de Saúde e cumprimento da demanda no atendimento dos usuários do Pronto Atendimento Municipal e de 11(Onze) Unidades Básicas de Saúde, as quantidades foram definidas conforme histórico de consumo dos últimos 12 (doze) meses, acrescidas de uma margem de segurança relevante, tendo em vista os gastos constantes nos inúmeros atendimentos realizados nos setores, para que não haja desabastecimento do estoque durante a vigência da contratação tornando o serviço inadequado e ineficiente.



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE

3.1. As especificações e quantidades constam no **ANEXO I** deste Termo de Referência.

3.2. O objeto a ser ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, deverá estar adequadamente embalado de forma a reservar suas características originais.

3.3. O objeto deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, correta, claras em línguas portuguesas sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem.

3.4. O objeto ofertado deverá apresentar qualidade e rendimento de forma igual ou similar aos das marcas mais conhecidas no mercado, bem como, ser de ótima qualidade e atender as especificações exigidas.

3.5. Será recusado o objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação, bem como que apresente características que venham a corromper o seu uso e utilização por esta administração.

3.6. O recebimento definitivo, não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue.

3.7. Os produtos com prescrição de validade deverão ter prazo de duração de no mínimo 12 (doze) meses de vigência a contar do recebimento dos produtos.

3.8. O produto que apresentar imperfeições, conseqüentemente deverá ser substituído. Os prazos de validade permanecerão os mesmos do item anterior.

3.9. O ônus de correção de imperfeições apresentado pelo produto ou substituição do mesmo, será de responsabilidade **exclusiva da empresa vencedora**.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.1. Atestado (S) de capacidade técnica, emitido (S) por pessoas jurídicas de direito público ou privado preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes, em que constem: nome do funcionário atestante, sua assinatura, descrição dos itens iguais ou similares.

4.2. A licitante deverá apresentar a **Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)**, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação "ATIVA".



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

4.3. A licitante deverá apresentar **Alvará Sanitário**, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for **domiciliado** o licitante, devidamente **válido** na forma da legislação específica vigente;

4.4. A licitante deverá apresentar **Certificado de Registro do Produto**, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, devidamente **válido** na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivo “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente;

5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS:

5.1. Considerando os princípios da celeridade e economicidade, em uma definição rápida e eficiente sem ocorrer quaisquer prejuízos a Administração, na condução do processo bem como nos atos processuais, faz-se necessário nesta contratação, a **APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS EM FORMATO DE FOLDERS OU FOLHETOS**. Deverão ser fornecidos documentos oficiais do fabricante/representante (catálogos) e entregues no mesmo momento da apresentação da **PROPOSTA ATUALIZADA** dos licitantes classificados em 1º lugar, dos seguintes itens:

- **51** – CONJUNTO COLETOR DE URINA – SISTEMA FECHADO
- **79** – GAZE ESTÉRIL
- **83** – KIT DRENAGEM DE TORAX 24MM
- **92** – MÁSCARA LARÍNGEA descartável (tamanho: 4)
- **150** – EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO
- **157** – OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA SENSE 10
- **161** – VÁLVULA REDURA DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO
- **164** – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
- **167** – KIT PARA PARTO DESCARTÁVEL
- **168** – KIT CURATIVO ESTÉRIL DESCARTÁVEL LIMPEZA DE FERIDAS, REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS
- **169** – KIT ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA REALIZAÇÃO SUTURAS
- **170** – KIT ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA RETIRADA DE PONTOS



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- **171** – KIT ESTÉRIL SONDA GEM VESICAL DESCARTÁVEL CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E/OU ALIVIO
- **182** – ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL

5.2. As empresas classificadas deverão apresentar para os itens supracitados, 01 (um) catálogo através de folders/ folhetos idênticos ao produto ofertado, de acordo com a “marca” indicada na proposta, que auxiliem na análise do produto.

5.3. A avaliação do catálogo em folder/ folheto visa à aferição da real capacidade técnica dos produtos ofertados pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, buscando-se comprovar tecnicamente, juntamente com a documentação de habilitação apresentada, se os produtos de fato atendem aos requisitos mínimos descritos nas especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

5.4. A não apresentação do catálogo ou a desconformidade das especificações dos itens nele constantes, estarão sujeitas à desclassificação, chamando-se neste caso, o 2º (segundo) colocado e assim sucessivamente até o cumprimento dos requisitos exigidos.

5.5. A Equipe Técnica emitirá um relatório de análise dos catálogos com parecer favorável ou desfavorável quanto à marca avaliada, o qual será parte integrante do processo licitatório.

6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A contratada deverá entregar os materiais de acordo com a descrição especificada no **ANEXO I** e na quantidade apresentada na "Autorização de Fornecimento", acompanhado da respectiva Nota Fiscal contendo as indicações referentes à: **marca, fabricante, modelo**.

6.2. A entrega deverá ser efetuada de acordo com a autorização de fornecimento emitida, sendo o local de entrega o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Presidente Kennedy, situado à rua Olímpia Ferreira Vianas, Sn, Lote 17, Quadra B, Centro, Presidente Kennedy – ES (Telefone de contato: ((28) – 3535-1390) no horário de expediente, entre às 07:00hs e 16:00hs.

6.3. A aquisição dos produtos será feita de forma PARCELADA, atendendo ao interesse e conveniência da Administração.

6.4. O prazo de entrega dos materiais é de 15 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.5. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

6.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.2. Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta contratação, ressalvadas as hipóteses de transformação empresarial, previstas no art. 78, inciso VI da Lei nº. 8666/93, desde que previamente autorizado por escrito pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, e a seu critério.

7.3. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação.

7.4. Atender prontamente e integralmente às requisições da SEMUS no que se refere a solicitação e entrega dos materiais, objeto da presente contratação, nas quantidades e especificações deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela qualidade do material(is) entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

7.5. Substituir ou complementar, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções de qualidade e/ou quantidade.

7.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente a Administração Municipal, ou a seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação.

7.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy sempre que necessário.

7.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais até o momento de entrega no Almojarifado Municipal da Saúde.

7.9. Manter durante a Vigência do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.10. Zelar pela perfeita qualidade dos materiais contratados ou fornecimento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.2. Solicitar, através da Autorização de Fornecimento o objeto da presente contratação.

8.3. Prestar esclarecimentos e informações que venham a ser solicitadas pela empresa vencedora.

8.4. Recusar o(s) objeto(s) que não forem entregue(s) de acordo com o solicitado.

8.5. Comunicar a(s) empresa(s) declarada(s) Vencedora(s) quaisquer irregularidades(s) na entrega do(s) objeto(s) e interromper imediatamente.

8.6. Conferir o documento fiscal. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, suspender o recebimento definitivo. Será suspenso até que a empresa atenda todas as exigências.



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

8.7. Realizar o pagamento mediante apresentação da nota fiscal eletrônica (nfe) e confirmação do recebimento de todos os materiais, juntamente com as Certidões Negativas citadas anteriormente.

8.8. Realizar o acompanhamento e/ou fiscalização para o fiel cumprimento e execução desta contratação, **através de servidor formalmente designado pelo Gestor da Pasta.**

9. DAS PENALIDADES

9.1. Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal nº 058/2016 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO:

10.1. O fiscal de contrato fiscalizará a entrega dos bens.

10.2. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos serão atestados pelo fiscal de contrato.

11. FORMA DE PAGAMENTO:

11.1. O prazo para pagamento deverá ser de **até (trinta) 30 dias** a partir da data que o responsável designado atestou que o objeto foi entregue.

11.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, com emissão em nome da Contratante, sem emendas ou rasuras, relativo ao(s) objeto **efetivamente entregue**.

11.3. O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela **Instrução Normativa SFI nº ° 001/2013 (Versão 04)**, aprovada pela Portaria SEMFAZ nº 005/2022, **MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:**

11.3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

11.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

especificações apresentadas e aceitas.

11.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

11.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração dos preços, ou compensação financeira por atraso de pagamento.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentárias:

12.2. Projeto/Atividade: 024004.103020272.142 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal.

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo.

16350000000 – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde.

Ficha: 152

12.3. Projeto/Atividade: 024004.103020272.142 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal.

Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente.

16010000000 – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde.

Ficha: 157

12.4. Projeto/Atividade: 024004.103010232.036 – Manutenção das Atividades Atenção Básicas.

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo.

16350000000 – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde.

Ficha: 68

12.5. Projeto/Atividade: 024004.103010232.036 – Manutenção das Atividades Atenção Básicas.

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material Permanente.

44905200000 – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde.

Ficha: 73

13. VIGÊNCIA

13.1. A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ter seus efeitos suspensos a partir do cumprimento de todas as etapas e obrigações assumidas.



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

14. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS

14.1. À contratada cabem recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Naquilo em que for omissso, o presente Termo de referência, reger-se-á pelas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993.

Presidente Kennedy-ES, 20 de Dezembro de 2023.

Sady Fernandes Pacheco
Assessor em Saúde (Direção PAM)

Caroline Perin Maitan
Gerente Operacional de Atenção Básica

Lucas Pereira Rodrigues
Gerente Operacional de Média e Alta Complexidade



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	LOCAL	QTD	QTD. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA Material não estéril, de uso médico e odontológico, descartável e de uso único; confeccionado em madeira; pacote c/ 100 Unidades. JUSTIFICATIVA: Serve para abaixar a base superior da língua, para diagnóstico de enfermidade de boca, garganta e dos órgãos circunvizinhos permitindo melhor visualização dessas regiões. No município além dessas patologias as UBS usam na realização de curativo.	Pacote	PAM UBS	400 pacotes 500 pacotes	900 pacotes
2	AGULHA DESCARTÁVEL 13X 4,5. Hipoalergênica; trifacetada com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; Destina-se à injeção de substâncias	Unidade	PAM	5.000 unidades 5.000	10.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	medicamentosas, vacinas e insulinas a serem administradas via subcutânea, tanto em adultos como em crianças, procedimentos endodônticos.		UBS	unidades	
3	AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5. Hipoalergênica; trifacetada; com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; Destina-se à injeção substâncias intramusculares, intravasculares, medicamentosas ou à coleta sanguínea tanto em adultos como em crianças. Intramusculares, intravasculares, medicamentosas ou à coleta sanguínea tanto em adultos como em crianças.	Unidade	PAM UBS	5.000 unidades 7.000 unidades	12.000 unidades
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7,0. Hipoalergênica; trifacetada; com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; Destina-se à injeção substâncias intramusculares, intravasculares, medicamentosas ou à coleta sanguínea tanto em adultos como em crianças.	Unidade	PAM UBS	50.000 unidades 10.000 unidades	60.000 unidades
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 8,0. Hipoalergênica; trifacetada; com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; Destina-se à injeção substâncias intramusculares, intravasculares, medicamentosas ou à coleta sanguínea tanto em adultos como em crianças.	Unidade	PAM UBS	25.000 unidades 5.000 unidades	30.000 unidades
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 8,0. Hipoalergênica; trifacetada; com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; Destina-se à injeção substâncias	Unidade	PAM UBS	4.000 unidades 2.000 unidades	6.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	intramusculares, intravasculares, medicamentosas ou à coleta sanguínea em adultos.				
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12,0. Hipoalergênica; trifacetada; com parede fina e bisel bem afiado. JUSTIFICATIVA: Utilizada em procedimentos médicos, odontológicos, cirúrgicos ou ambulatoriais; pra aspiração e preparação de medicamentos.	Unidade	PAM UBS	75.000 unidades 10.000 unidades	85.000 unidades
8	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ml Almotolia de plástico bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente. Capacidade 250 ml. JUSTIFICATIVA: É um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno, utilizado para armazenamento de insumos.	Unidade	PAM UBS	200 unidades 200 unidades	400 unidades
9	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 500 ml Almotolia de plástico bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente. Capacidade 500 ml. JUSTIFICATIVA: É um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno, utilizado para armazenamento de insumos.	Unidade	PAM UBS	100 100 unidades	200 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL para precaução de contágio Avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (SMS). Resistente a fluidos, confortável, maleável, Tamanho 120 X 150 CM, GRAMATURA: 30 GR/M². Aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos apresentar laudo BFE, VFE, NBR 16064 e CA do MTE, com manga longa e elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira). fabricado em não tecido 100 % polipropileno (SMS). Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. É higiênico e evita o contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas.</p>	Unidade	PAM	12.000 unidades	24.000 unidades
11	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA -TIPO ÂMBAR 250ml</p> <p>Almotolia bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente. Capacidade 250mL.</p> <p>JUSTIFICATIVA: É um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno, utilizado para armazenamento de insumos.</p>	Unidade	PAM	150 unidades	300 unidades
12	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA - TIPO ÂMBAR 500 ml</p> <p>Almotolia bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente. Capacidade 500ml.</p> <p>JUSTIFICATIVA: É um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno, utilizado para armazenamento de insumos.</p>	Unidade	PAM	150 unidades	250 unidades
13	<p>AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM MÁSCARA</p> <p>Reanimador manual (AMBU) fabricado em silicone</p>	Unidade	PAM	12 unidades	38 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	autoclavável 134º, completo neonatal. JUSTIFICATIVA: Balão em silicone translúcido autoclavável 134º tamanho neonatal 250 ml; Máscara facial com coxim inflável em silicone Nº 1 autoclavável 134º; Válvula Unidirecional (bico de pato); Reservatório em silicone autoclavável 134; Extensão plástica 2,0 m. Bolsa para transporte.		UBS	26 unidades	
14	AMBU (REANIMADOR MANUAL) INFANTIL COM MÁSCARA Reanimador manual (AMBU) fabricado em silicone autoclavável 134º, completo neonatal. JUSTIFICATIVA: Balão em silicone translúcido autoclavável 134º tamanho infantil 500 ml; Máscara facial com coxim inflável em silicone autoclavável 134º; Válvula Unidirecional em polissulfona autoclavável 134; Reservatório em silicone autoclavável 134. Bolsa para transporte.	Unidade	PAM UBS	12 unidades 26 unidades	38 unidades
15	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM MÁSCARA Reanimador manual (AMBU) fabricado em silicone autoclavável 134º, completo neonatal. JUSTIFICATIVA: Balão em silicone translúcido autoclavável 134º tamanho adulto 1600 ml; Máscara facial com coxim inflável em silicone autoclavável 134º; Válvula Unidirecional em polissulfona autoclavável 134; Reservatório em silicone autoclavável 134. Bolsa para transporte.	Unidade	PAM UBS	12 unidades 26 unidades	38 unidades
16	ATADURA GESSADA 06cm x 3,0m. Impregnada uniformemente o gesso sobre uma tela de tecido Tipo giro Inglês 100% algodão e possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enroladas em tubete recartilhado e embalada individualmente com filme plástico laminado impresso (BOPP – PEBD) tipo flow e acondicionadas em caixas de papelão contendo 20 Unidades, cor branca. JUSTIFICATIVA: A resistência da bandagem gessada faz com que o local que sofreu a fratura fique em repouso e imobilizado, impedindo que o paciente retire a atadura por algum período ou	Caixa	PAM UBS	20 caixas 00	20 caixas



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	remova de vez o gesso do corpo. Serve apenas para tratar fraturas.				
17	<p>ATADURA GESSADA 10cm x 3,0m. Impregnada uniformemente o gesso sobre uma tela de tecido Tipo giro Inglês 100% algodão e possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enroladas em tubete recartilhado e embalada individualmente com filme plástico laminado impresso (BOPP – PEBD) tipo flow e acondicionadas em caixas de papelão contendo 20 Unidades, cor branca.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A resistência da bandagem gessada faz com que o local que sofreu a fratura fique em repouso e imobilizado, impedindo que o paciente retire a atadura por algum período ou remova de vez o gesso do corpo. Serve apenas para tratar fraturas.</p>	Caixa C/ 20	PAM UBS	20 caixas 00	20 caixas
18	<p>ATADURA GESSADA 15cm x 3,0m. Impregnada uniformemente o gesso sobre uma tela de tecido Tipo giro Inglês 100% algodão e possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enroladas em tubete recartilhado e embalada individualmente com filme plástico laminado impresso (BOPP – PEBD) tipo flow e acondicionadas em caixas de papelão contendo 20 Unidades, cor branca.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A resistência da bandagem gessada faz com que o local que sofreu a fratura fique em repouso e imobilizado, impedindo que o paciente retire a atadura por algum período ou remova de vez o gesso do corpo. Serve apenas para tratar fraturas.</p>	Caixa C/ 20	PAM UBS	20 caixas 00	20 caixas
19	<p>ATADURA GESSADA 20cm x 3,0m. Impregnada uniformemente o gesso sobre uma tela de tecido Tipo giro Inglês 100% algodão e possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enroladas em tubete recartilhado e embalada individualmente com filme plástico laminado impresso (BOPP – PEBD) tipo flow e acondicionadas em caixas de papelão contendo 20</p>		PAM UBS	20 caixas 00	20 caixas



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>Unidades, cor branca.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A resistência da bandagem gessada faz com que o local que sofreu a fratura fique em repouso e imobilizado, impedindo que o paciente retire a atadura por algum período ou remova de vez o gesso do corpo. Serve apenas para tratar fraturas.</p>				
20	<p>BOLSA COLOSTOMIA FECHADA / OPACA – 19/64mm. Caixa com 10 Unidades</p> <p>Bolsa fechada para estoma intestinal; com barreira de resina sintética; 3ª geração; opaca; recortável; de 19 a 64mm.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Produto destinado a utilização da saída de dejetos fecais no final do intestino, que está com sua saída diferente do reto, devido a realização de cirurgia corretiva de tumores ou obstruções que exigem manipulação.</p>	Caixa	<p>PAM 10 caixas</p> <p>UBS 00</p>	10 caixas	10 caixas
21	<p>BOBINA / PAPEL ELETROCARDIÓGRAFO 58X30.</p> <p>Papel termossensível.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Para realização de eletrocardiograma, pois disponibilizamos 02 aparelho de eletro, sendo 01 no PAM – Pronto Atendimento Municipal e 01 CEM Centro de Especialidade Médica.</p>	Unidade	<p>PAM 60</p> <p>UBS 00</p>	60 unidades	60 unidades
22	<p>CAIXA COLETORA DE PÉRFURO-CORTANTES DE PAREDE DUPLA – Capacidade: 7litros</p> <p>JUSTIFICATIVA: O Coletor em papelão da Descarpac é utilizado para materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Possui contra-trava e alça dupla para transporte. Ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios e Médicos.</p>	Unidade	<p>PAM 2.000 unidades</p> <p>UBS 3.000 unidades</p>	5.000 unidades	5.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

23	<p>CAIXA COLETORA DE PÉRFURO-CORTANTES DE PAREDE DUPLA – Capacidade: 13L</p> <p>JUSTIFICATIVA O Coletor em papelão da Descarpack é utilizado para materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Possui contra-trava e alça dupla para transporte. Ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios e Médicos.</p>	Unidade	PAM UBS	6.000 unidades 3.000 unidades	9.000 unidades
24	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 0). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades
25	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 01). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades
26	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 02). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 03). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades
28	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 04). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades
29	<p>CÂNULA DE GUEDEL (Tamanho 05). Em PVC, atóxico, transparente e inodora.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente, permite uma melhor oxigenação. É usada em pacientes inconscientes.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 20 unidades	50 unidades
30	<p>CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 3,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para:</p> <ul style="list-style-type: none">-Aliviar obstruções das vias aéreas superiores;-Suporte ventilatório prolongado;-Facilitar a limpeza brônquica por aspiração;-Diminuir o risco de lesões laringueas;-Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

31	<p>CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 3,5). Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.</p>	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades
32	<p>CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 4,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.</p>	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades
33	<p>CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 4,5). Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.</p>	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades
34	<p>CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 5,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado;</p>	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	-Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.				
35	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 5,5). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 00 unidades	05 unidades
36	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 6,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 00 unidades	05 unidades
37	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 6,5). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 00 unidades	05 unidades
38	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 7,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para:	Unidade	PAM	05 unidades	05 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	-Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.		UBS	00	
39	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 7,5). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades
40	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA (Tamanho 8,0). Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Cânula para traqueostomia é indicada para: -Aliviar obstruções das vias aéreas superiores; -Suporte ventilatório prolongado; -Facilitar a limpeza brônquica por aspiração; -Diminuir o risco de lesões laringueas; -Diminuir o risco de sequelas estenóticas da traqueia.	Unidade	PAM UBS	05 unidades 00	05 unidades
41	CATETER INTRAVENOSO n°14 Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno. JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos	Unidade	PAM UBS	1.000 unidades 00	1.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.</p>				
42	<p>CATETER INTRAVENOSO n°16 Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.</p>	Unidade	PAM UBS	1.000 00 unidades	1.000 unidades
43	<p>CATETER INTRAVENOSO n°18 Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos</p>	Unidade	PAM UBS	1.000 00 unidades	1.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.				
44	<p>CATETER INTRAVENOSO n° 20</p> <p>Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.</p>	Unidade	PAM UBS	10.000 unidades 00	10.000 unidades
45	<p>CATETER INTRAVENOSO n° 22</p> <p>Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos</p>	Unidade	PAM UBS	17.000 unidades 00	17.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.				
46	<p>CATETER INTRAVENOSO n° 24 Estéril, atóxico, apirogênico; cânula externa em teflon; com paredes finas e flexíveis, siliconadas e radiopaca; cânula da agulha em aço inoxidável; bisel trifacetado e curto; câmara de refluxo fosca; adaptador “luer lock”; atóxica; apirogênica; a traumática e descartável; tampa protetora de agulha em PVC, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com cobertura em petada; esterilizada em óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Indicado para prover acessos intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e drogas, indicado para infusões em curto prazo. Desenvolvido para a terapia intravenosa periférica e infusões de fármacos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral, manutenção da hidratação e/ou reidratação, de curto prazo. Para uso em Hospitais, Clínicas e Laboratórios.</p>	Unidade	PAM UBS	12.000 unidades 00	12.000 unidades
47	<p>CATÉTER (TIPO “POLIFIX”) EM 2 VIAS. Estéril; atóxico; apirogênico; embalado individualmente; <u>com gatilho</u>.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Equipo 2 Vias Polifix Multivias Com Clamp C/20; Os Equipos Multivias com Clamp têm como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso venoso (Escalpe, Cateter, Agulha).</p>	Unidade	PAM UBS	14.000 unidades 00	14.000 unidades
48	CLOREXIDINA AQUOSA 02,%- 100ml	Unidade	PAM	200 unidades	300 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>JUSTIFICATIVA: O digliconato de clorexidina é um antisséptico químico, antifúngico e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. Também é um bacteriostático, impedindo a proliferação de bactérias.</p>		UBS	100 unidades	
49	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% DE DIGLICOLATO- 100 ml</p> <p>A cada 100 ml contém 0,5g de digliconato de clorexidina.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Antisséptico tópico. Para antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos (como inserção de cateteres) e antisepsia do campo operatório após degermação; para realização de curativo de local de inserção de cateteres vasculares. Para antisepsia da pele em procedimentos cirúrgicos, realizar antes a degermação da pele com solução de clorexidina com tensoativo.</p>	Unidade	PAM UBS	300 unidades 80 unidades	380 unidades
50	<p>COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Tampa em termoplástico (PP) Polipropileno de alta resistência;</p> <p>Conexão de Entrada em borboleta, injetada em Nylon com 10% de Fibra de Vidro;</p> <p>Capacidade de 250ml;</p> <p>Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo;</p> <p>Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica;</p> <p>Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas;</p> <p>Profundidade: 16,cm X Altura:06,00 cm x Largura: 06,00 cm.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Equipamento desenvolvido para atividade de umidificação gerada na passagem do</p>	Unidade	PAM UBS	300 unidades 50 unidades	350 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	Oxigênio, proporcionando o arraste da água colocada no recipiente, quando se dá a passagem do fluxo de gás pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas. Utilizando para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe.				
51	<p>CONJUNTO COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO.</p> <p>Os Coletores de Urina Sistema Fechado são destinados à coleta de urina do paciente em repouso, através de sonda foley, que estará conectado no tubo de extensão que conduzirá a urina até a bolsa plástica. Estéril, descartável, com capacidade para 2000 ml, formado por: bolsa coletora confeccionada em PVC atóxico, sem furos, com bordas termo seladas, capaz de suportar o volume sem vazamentos, com cantos arredondados, face anterior transparente com graduação gravada a cada 100 ml; válvula anti-refluxo; tubo extensor medindo no mínimo 1,20 m, em plástico transparente flexível, perfeitamente fixado ao sistema, com pinça resistente, eficiente, de fácil manuseio, dispositivo para coleta de amostra de urina com adaptador universal e tampa protetora; tubo de drenagem, com clamp para fechamento, coldre para proteção e suporte ou cadarço para fixação do conjunto. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Os Coletores de Urina Sistema Fechado são utilizados para coleta de urina em pacientes com incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há necessidade de esvaziamento da bexiga.</p>	Unidade	PAM	1.000 unidades	2.000 unidades
			UBS	1.000 unidades	



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

52	<p>CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (prolongamento + copo) – (Adulto)</p> <p>JUSTIFICATIVA: Equipamento desenvolvido para possibilitar a oxigenação direta ao paciente, atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados, com o objetivo de enriquecer o gás respirado pelo paciente; para uso em serviços de baixa pressão, utilizando gás Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal.</p>	Unidade	PAM UBS	250 unidades 100 unidades	350 unidades
53	<p>CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (prolongamento + copo) – (Pediátrico)</p> <p>JUSTIFICATIVA: Equipamento desenvolvido para possibilitar a oxigenação direta ao paciente, atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados, com o objetivo de enriquecer o gás respirado pelo paciente; para uso em serviços de baixa pressão, utilizando gás Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal.</p>	Unidade	PAM UBS	250 unidades 100 unidades	350 unidades
54	<p>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Tamanho M / nº 05.</p> <p>JUSTIFICATIVA: O dispositivo para incontinência urinária é indicado para contenção do gotejamento nos casos de pós-cirurgia da próstata, paraplégicos etc.</p>	Unidade	PAM UBS	50 unidades 50 unidades	100 unidades
55	<p>ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA ADULTO EM GEL CARDIOLÓGICO.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado Em Monitorização De Eletrocardiograma, Com Adesivo De Aderência</p>	Unidade	PAM UBS	10.000 unidades 00	10.000



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	Eficiente Para Aplicações De Longa Duração, Capa Plástica Que Mantém A Umidade Do Gel.			unidades	
56	<p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - GRAU CIRÚRGICO 20X100</p> <p>Embalagem para esterilização, Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão, material papel grau cirúrgico com filme laminado transparente, tipo uso liso, para esterilização. Largura 20cm, comprimento 100m. Apresentar laudos NBR 14990, BFE, VFE e Cito toxicidade.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A embalagem constitui vital importância durante o processo de esterilização para garantir a qualidade e a longevidade da esterilidade do produto.</p>	Unidade	PAM	100 unidades	300 unidades
			UBS	200 unidades	
57	<p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - GRAU CIRÚRGICO 30x100</p> <p>Embalagem para esterilização, material papel grau cirúrgico com filme laminado transparente, tipo uso liso, para esterilização, Largura 30cm, comprimento 100m. Apresentar laudos NBR 14990, BFE, VFE e Cito toxicidade.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A embalagem constitui vital importância durante o processo de esterilização para garantir a qualidade e a longevidade da esterilidade do produto;</p>	Unidade	PAM	200 unidades	200 unidades
			UBS	00	
58	<p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA - GRAU CIRÚRGICO 15 X 100</p> <p>Papel Grau Cirúrgico 15X 100 (Gramatura mínima 60 G/m²) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2; Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m²) unidas com adesivo atóxico; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à</p>	Unidade	PAM	200 unidades	200 unidades
			UBS	00	



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; Alta transparência do filme na visualização do material embalado.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A embalagem constitui vital importância durante o processo de esterilização para garantir a qualidade e a longevidade da esterilidade do produto.</p>				
59	<p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - GRAU CIRÚRGICO 08 CM X100 Embalagem para esterilização, Rolo Papel Grau Cirúrgico para Autoclave 8cmx100m Lbmed. Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão, material papel grau cirúrgico com filme laminado transparente, tipo uso liso, para esterilização.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A embalagem constitui vital importância durante o processo de esterilização para garantir a qualidade e a longevidade da esterilidade do produto;</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 50 unidades	150 unidades
60	<p>EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL C/ INJETOR LATERAL</p> <p>Descrição: Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venoso periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril; • Fabricado em PVC flexível e Incolor; • Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. 	Unidade	PAM UBS	29.000 unidades 1.000 unidades	30.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<ul style="list-style-type: none">• Conector Luer Slip Universal;• Tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora;• Atóxico e Apirogênico;• Descartável e de uso único. <p>JUSTIFICATIVA: Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Os Equipos Macrogotas tem a finalidade de entremear a ligação do dispositivos venosos periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação).</p>				
61	<p>ESPAÇADOR (AEROCÂMARA) ESPAÇADORA DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS DE IDADE ENTRE 0 E 2 ANOS.</p> <p>Possui tubo fabricado em alumínio e máscara flexível de fácil adaptação ao rosto de crianças.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para facilitar a inalação de medicamentos para tratamento e controle da asma, o espaçador é item importante a ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal. O espaçador, ao criar um espaço entre a boca do paciente e o inalador, permite respirar e absorver a medicação de forma mais lenta. Essa ação proporciona um maior bem estar, principalmente para crianças a partir dois anos de idade.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 20 unidades	40 unidades
62	<p>ESPAÇADOR (AEROCÂMARA) ESPAÇADORA DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS.</p> <p>Possui tubo fabricado em alumínio e máscara flexível de fácil adaptação ao rosto de crianças.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para facilitar a inalação de medicamentos para tratamento e controle da asma, o espaçador é item importante a ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal. O espaçador, ao criar um espaço entre a boca do paciente e o inalador,</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 20 unidades	40 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	permite respirar e absorver a medicação de forma mais lenta. Essa ação proporciona um maior bem estar, principalmente para crianças a partir dois anos de idade.				
63	<p>ESPAÇADOR (AEROCÂMARA ESPAÇADORA) – USO ADULTO. Possui tubo fabricado em alumínio e máscara flexível de fácil adaptação ao rosto de crianças.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para facilitar a inalação de medicamentos para tratamento e controle da asma, o espaçador é item importante a ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal. O espaçador, ao criar um espaço entre a boca do paciente e o inalador, permite respirar e absorver a medicação de forma mais lenta. Essa ação proporciona um maior bem estar, principalmente para crianças a partir dois anos de idade.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 20 unidades	40 unidades
64	<p>ESPARADRAPO 5 cm x 4,5m Rolo de 5 cm x 4,5m; embalado individualmente em protetor plástico resistente; tecido 100% algodão com tratamento acrílico; adesivo branco à base de borracha natural e resina.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Possui ampla gama de utilização, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc.</p>	Rolo	PAM UBS	1000 rolos 800 rolos	1.800 rolos
65	<p>ESPARADRAPO 10x4,5 Rolo de 10 cm x 4,5m; embalado individualmente em protetor plástico resistente; tecido 100% algodão com tratamento acrílico; adesivo branco à base de borracha natural e resina.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Possui ampla gama de utilização, como fixação de curativos, sondas, drenos,</p>	Rolo	PAM UBS	2.000 rolos 800 rolos	2.800 rolos



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc.				
66	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE PARA USOS DIVERSOS - 19x50 Rolo 19 mm X 50m; boa adesividade e resistência. JUSTIFICATIVA: É indicada para fixação de Rolo ataduras rótulos de soros, identificação de seringas, fechamento de pacotes de papel etc. Tem inúmeras utilidades.		PAM UBS	1.300 rolos 1.000 rolos	2.300 rolos
67	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA – 2,5x10 Branco; rolo de 2,5cm x 10m; embalado individualmente em protetor plástico resistente; fita de tecido não tecido, à base de fibras de viscose; com adesivo. JUSTIFICATIVA: Utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.	Rolo	PAM UBS	1.250 rolos 1.500 rolos	2.750 rolos
68	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA – 5 x10 Branco; rolo de 5 cm x 10m; embalado individualmente em protetor plástico resistente; fita de tecido não tecido, à base de fibras de viscose; com adesivo. JUSTIFICATIVA: Utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.	Rolo	PAM UBS	2.000 rolos 1.500 rolos	3.500 rolos
69	FIO DE NYLON nº 0 COM AGULHA CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon/Monofilamento Preto.	Caixa			



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio.</p> <p>JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>		PAM UBS	1.000 caixas 00	1.000 caixas
70	<p>FIO DE NYLON nº 2,0 COM AGULHA 2,0cm CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon / Monofilamento Preto. O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio.</p> <p>JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	Caixa	PAM UBS	1.000 caixas 00	1.000 caixas
71	<p>FIO DE NYLON nº 3,0 COM AGULHA 2,0cm CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon/Monofilamento Preto. O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio.</p> <p>JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	Caixa	PAM UBS	500 caixas 00	500 caixas



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

72	<p>FIO DE NYLON nº 4,0 COM AGULHA 2,0cm CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon/Monofilamento Preto. O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio. JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	Caixa	PAM UBS	200 caixas 00	200 caixas
73	<p>FIO DE NYLON nº 5,0 COM AGULHA 2,0cm CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon/Monofilamento Preto. O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio. JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	Caixa	PAM UBS	200 caixas 00	200 caixas
74	<p>FIO DE NYLON nº 6,0 COM AGULHA 2,0cm CORTANTE. Tipo Triangular. Nylon/Monofilamento Preto. O fio de sutura vem em caixa com 24 unidades embalados em sachês individuais metalizados internamente e enrolado em papel grau cirúrgico garantindo a integridade do fio. JUSTIFICATIVA: O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	Caixa	PAM UBS	200 caixas 00	200 caixas
75	<p>FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL – ADULTO JUSTIFICATIVA: Serve para facilitar a intubação de pacientes neonatais, infantis e adultos.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

76	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL – INFANTIL JUSTIFICATIVA: Serve para facilitar a intubação de pacientes neonatais, infantis e adultos.	Unidade	PAM UBS	50 unidades 00	50 unidades
77	FRASCO COLETOR DE URINA – SISTEMA ABERTO Capacidade 1.200mL. •Reservatório em plástico transparente •Tubo de drenagem com conector cônico •Etiqueta de identificação do usuário •Cordão de fixação na cama •Não estéril JUSTIFICATIVA: Coletor de urina sistema aberto é utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária, não devendo ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. Este coletor é usado opcionalmente em drenagem nasogástrica.	Unidade	PAM UBS	50 unidade 00	50 unidades
78	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15 x 30cm ESTÉRIL A Compressa de Gaze Algodonada Estéril é constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios . JUSTIFICATIVA: A camada de algodão, tem como função absorver sangue e exsudatos. Ao papel absorvente cabe redistribuir o fluxo drenado por toda a extensão, minimizando o risco de vazamento de líquidos, oferecendo melhor aparência aos curativos e proporcionando maior conforto ao paciente.	Unidade	PAM UBS	15.000 unidade 20.000 unidade	35.000 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

79	<p>GAZE ESTÉRIL 13 fios; embalagem contendo, no mínimo, 10 unidades. É um tecido têxtil leve, ordinariamente de algodão, muito poroso, estéril (ou esterilizável), de elasticidade, espessura, forma, reticulado e tamanho variáveis, conforme o uso a que se destina.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada em administração de curativos para a absorção de sangue e secreções líquidas e, ainda, na confecção de gazes impregnadas com agentes bactericidas, cicatrizantes ou lubrificantes, entre outras finalidades.</p>	Pacote c/ 10 unidades	PAM UBS	40.000 pacotes 40.000 pacotes	80.000 pacotes
80	<p>GAZE TIPO QUEIJO Fios de 8 dobras; rolo de 9cm x 90m.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada em administração de curativos para a absorção de sangue e secreções líquidas e, ainda, na confecção de gazes impregnadas com agentes bactericidas, cicatrizantes ou lubrificantes, entre outras finalidades.</p>	Rolo	PAM UBS	1.000 rolos 1.000 rolos	2.000 rolos
81	<p>GEL PARA FISIOTERAPIA. Galão de 5 L.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado como meio de contato para transmissão Ultrassônica, TENS e FES. Com propriedades hidratantes e deslizante, inodoro, incolor, não escorre, não é gorduroso, sem essência, isento de sal e álcool e facilmente removido.</p>	Galão	PAM UBS	00 100 galões	100 galões
82	<p>INDICADOR BIOLÓGICO Indicador biológico para esterilização a vapor – caixa com 25 ampolas. indicador biológico do tipo autocontido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. Cada tubo</p>	Caixa	PAM UBS	100 caixa 100	200 caixa



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>contém uma população de esporo de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microrganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para controle e confirmação de eficiência e qualidade do processo de esterilização, caso o processo de esterilização não for realizado corretamente, o meio indicador mudará da cor púrpura para amarela após a incubação a 60°C, indicando dessa maneira a presença de esporos vivos de <i>Geobacillus stearothermophilus</i>. Se o processo de esterilização for correto o meio indicador permanecerá da cor púrpura, devendo realizar a leitura final depois de transcorridas 24 horas do início da incubação</p>			caixa	
83	<p>KIT DRENAGEM DE TÓRAX 24MM Dreno em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco. Tamanho 24 mm, Capacidade 2000 ml.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para evacuar o conteúdo aéreo ou líquido anômalo da cavidade pleural. As principais indicações incluem: pneumotórax, hemotórax, derrame para pneumônico complicado, empiema, quilotórax e pós-operatório de toracotomias.</p>	Unidade	PAM UBS	10 unidades 00	10 unidades
84	<p>KIT DRENAGEM DE TÓRAX Dreno em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco. Tamanho 28 mm. Capacidade 2000ml.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para evacuar o conteúdo aéreo ou líquido anômalo da cavidade pleural. As</p>	Unidade	PAM	10 unidades	10 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	principais indicações incluem: pneumotórax, hemotórax, derrame parapneumônico complicado, empiema, quilotórax e pós-operatório de toracotomias.		UBS	00	
85	<p>KIT DRENAGEM DE TÓRAX Dreno em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco. Tamanho 32 mm. Capacidade 2000ml.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para evacuar o conteúdo aéreo ou líquido anômalo da cavidade pleural. As principais indicações incluem: pneumotórax, hemotórax, derrame para pneumônico complicado, empiema, quilotórax e pós-operatório de toracotomias.</p>	Unidade	PAM UBS	10 unidades 00	10 unidades
86	<p>KIT DRENAGEM DE TÓRAX Dreno em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco. Tamanho 36 mm. Capacidade 2000ml.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para evacuar o conteúdo aéreo ou líquido anômalo da cavidade pleural. As principais indicações incluem: pneumotórax, hemotórax, derrame para pneumônico complicado, empiema, quilotórax e pós-operatório de toracotomias.</p>	Unidade	PAM UBS	10 unidades 00	10 unidades
87	<p>MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – TIPO RESPIRADOR. Máscaras tipo respirador; de camadas filtrantes; de fibras sintéticas; tratadas eletrostaticamente; embalagem individual; N95 / PFF2.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para proteção Individual (EPI) desenvolvido para filtragem e separação de partículas como poeiras, nevoas, fumaça, vapores de produtos químicos, vapores orgânicos, gases maléficos a respiração humana do oxigênio respirado pelos pulmões.</p>	Unidade	PAM UBS	10.000 unidades 10.000 unidades	20.000 unidades
88	<p>MÁSCARA LARÍNGEA descartável. Tamanho: 1 (< 5Kg)</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para o manuseio e</p>	Unidade	PAM	20 unidades	20 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.		UBS	00	
89	MÁSCARA LARÍNGEA descartável. Tamanho: 2 (10Kg – 20Kg) JUSTIFICATIVA: Utilizada para o manuseio e rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
90	MÁSCARA LARÍNGEA descartável. Tamanho: 2,5 (20Kg – 30Kg) JUSTIFICATIVA: Utilizada para ventilação, desenvolvido para o manuseio e rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
91	MÁSCARA LARÍNGEA descartável. Tamanho: 3 (30Kg – 50Kg) JUSTIFICATIVA: Utilizada para ventilação, desenvolvido para o manuseio e rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
92	MÁSCARA LARÍNGEA descartável. Tamanho: 4 (50Kg – 70Kg) JUSTIFICATIVA: Utilizada para ventilação, desenvolvido para o manuseio e rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
93	MÁSCARA LARÍNGEA descartável.	Unidade			20



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	Tamanho: 5 (70Kg – 100Kg) JUSTIFICATIVA: Utilizada para ventilação, desenvolvido para o manuseio e rápido controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos de rotina e emergência. A ML é considerada como funcionalmente intermediária entre a máscara facial e o tubo traqueal.		PAM UBS	20 unidades 00	unidades
94	SABONETE LÍQUIDO (GL 5 litros). Essência de erva doce. JUSTIFICATIVA: Serve para Limpar suavemente a pele sem agredir o seu equilíbrio, hidratando e preservando a sua maciez.	Galão	PAM UBS	200 galões 200 galões	400 galões
95	SACO HAMPER Saco hamper p/rouparia hospitalar 120lt indicado p/transporte de roupa hospitalar contaminada ou não de uso geral em hospitais, centros médicos, laboratórios, consultório médico, etc. Confeccionado em polietileno baixa densidade-linear-írgem 5% de pigmento master espessura de 0,12 microns medidas 0,90 x 1,05mts c/cordão chato de 0,05mm solda na boca p/fixação do cordão e nas laterais p/deixar o fundo reforçado evitando vazamentos por falha de solda. Simbologia de material infectante conforme norma NBR 7500. Embalados em caixas c/50 unidades, de acordo c/o código do consumidor. JUSTIFICATIVA: Saco para roupas infectantes com cordão para facilitar o fechamento, constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) írgem com solda beira lateral, homogênea e uniforme. Produto normatizado com os padrões da ABNT.	Caixa	PAM UBS	25 caixas 00	25 caixas
96	SERINGA 3 ml. Descartável; com êmbolo de borracha siliconado; agulhada; com bico luer-lok central de rosca dupla.	Unidade	PAM	8.000 unidades	16.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>JUSTIFICATIVA: Utilizado por profissionais da área da <u>saúde</u> (ou eventualmente por usuários de drogas) para: inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intracardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar <u>sangue</u>; ou, ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.</p>		UBS	8.000 unidades	
97	<p>SERINGA 5 ml. Descartável; com êmbolo de borracha siliconado; agulhada; com bico luer-lok central de rosca dupla.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado por profissionais da área da <u>saúde</u> (ou eventualmente por usuários de drogas) para: inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intracardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar <u>sangue</u>; ou, ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.</p>	Unidade	PAM UBS	10.000 unidades 8.000 unidades	18.000 unidades
98	<p>SERINGA 10 ml. Descartável; com êmbolo de borracha siliconado; agulhada; com bico luer-lok central de rosca dupla.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado por profissionais da área da <u>saúde</u> (ou eventualmente por usuários de drogas) para: inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intracardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar <u>sangue</u>; ou, ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.</p>	Unidade	PAM UBS	40.000 unidades 15.000 unidades	55.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

99	<p>SERINGA 20 ml. Descartável; com êmbolo de borracha siliconado; agulhada; com bico luer-lok central de rosca dupla.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado por profissionais da área da <u>saúde</u> (ou eventualmente por usuários de drogas) para: inserir substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, intracardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; retirar <u>sangue</u>; ou, ainda, realizar uma punção aspirativa em um paciente.</p>	Unidade	PAM UBS	30.000 unidades 15.000 unidades	45.000 unidades
100	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 06. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM UBS	350 unidades 100 unidades	450 unidades
101	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 08. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM UBS	600 unidades 100 unidades	700 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

102	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 10. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM	700 unidades	800 unidades
103	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 12. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM	650 unidades	750 unidades
104	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 14. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM	600 unidades	700 unidades
105	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ BRONQUEAL nº 16. Confeccionada em PVC (Cloreto de Polivinila); transparente; flexível; atóxico; esterilizável por óxido de etileno.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um aparelho de sucção manual ou de máquina elétrica.</p>	Unidade	PAM	500 unidades	600 unidades
			UBS	100 unidades	
			UBS	100 unidades	
			UBS	100 unidades	
			UBS	100 unidades	



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

106	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 08. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
107	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 10. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
108	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 12. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	600 unidades 00	600 unidades
109	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 14. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	600 unidades 00	600 unidades
110	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 16. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	500 unidades 00	500 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

111	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 18. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	500 unidades 00	500 unidades
112	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n° 20. Confeccionada em Polivinil; estéril; atóxico; apirogênico; flexível; transparente; siliconizado; embalada individualmente.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.</p>	Unidade	PAM UBS	550 unidades 50 unidades	600 unidades
113	<p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL n° 08. Confeccionada em Poliuretano ou Silicone.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada quando o paciente não consegue manter uma alimentação pelo método convencional, ou seja, via ingestão oral. Assim, é preciso colocar um tubo flexível no nariz, de forma que ele chegue ao estômago, duodeno ou jejuno.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
114	<p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL n° 12. Confeccionada em Poliuretano ou Silicone.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada quando o paciente não consegue manter uma alimentação pelo método convencional, ou seja, via ingestão oral. Assim, é preciso colocar um tubo flexível no nariz, de forma que ele chegue ao estômago, duodeno ou jejuno.</p>	Unidade	PAM UBS	200 unidades 00	200 unidades
115	<p>SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) n° 12. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento</p>	Unidade	PAM	200 unidades	250 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.		UBS	50	
116	SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) nº 14. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc. JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.	Unidade	PAM UBS	350 unidades 50 unidades	400 unidades
117	SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) nº 16 Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com 178capacidade de 5cc. JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.	Unidade	PAM UBS	600 unidades 50 unidades	650 unidades
118	SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) nº 18. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc. JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.	Unidade	PAM UBS	500 unidades 50 unidades	550 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

119	<p>SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) n° 20. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM	200 unidades	250 unidades
120	<p>SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) n° 22. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM	200 unidades	250 unidades
121	<p>SONDA URETRAL (“Foley” de Duas Vias) n° 24. Confeccionada em borracha natural; siliconizada; estéril; balão com capacidade de 5cc.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM	100 unidades	150 unidades
122	<p>SONDA URETRAL N° 10. Confeccionada em plástico maleável, estéril, atraumática, com adaptação universal, embalagem unitária e abertura asséptica.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil,</p>	Unidade	PAM	150 unidades	200 unidades
			UBS	50 unidades	
			UBS	50 unidades	
			UBS	50	
			UBS	50 unidades	



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	abertura em Papel grau Cirúrgico.				
123	<p>SONDA URETRAL Nº 12. Confeccionada em plástico maleável, estéril, atraumática, com adaptação universal, embalagem unitária e abertura asséptica.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM UBS	150 unidades 100 unidades	250 unidades
124	<p>SONDA URETRAL Nº 14. Confeccionada em plástico maleável, estéril, atraumática, com adaptação universal, embalagem unitária e abertura asséptica.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM UBS	300 unidades 300 unidades	600 unidades
125	<p>SONDA URETRAL Nº 16. Confeccionada em plástico maleável, estéril, atraumática, com adaptação universal, embalagem unitária e abertura asséptica.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 200 unidades	300 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

126	<p>TERMÔMETRO DIGITAL CORPORAL CLÍNICO Termômetro Digital Clínico Febre Adulto e Infantil, com ponta flexível axilar, Caixa Para Acondicionamento, Visor em Display LED, Fácil Leitura da Temperatura, Beep Sonoro após a Medição, Auto memória, Mostra a última Temperatura Para Comparação, Desligamento Automático, Precisão de +- 0.1°C, Utiliza 01 Bateria LR41 (Inclusa). Este Produto é Indicado: Medição de Temperatura Corporal em Adultos e Crianças.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para medir a temperatura do corpo humano em uma clínica ou em casa. Ele deve fornecer as medições de temperatura com precisão nos mostradores numéricos de fácil leitura</p>	Unidade	PAM	200 unidades	400 unidades
127	<p>TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</p> <p>Descrição do Produto: A Touca descartável adéltica Confeccionada em tecido-não-tecido, 100% polipropileno e com elástico em todo o perímetro. Tamanho único. Detalhes do Produto: Uso único, individual e descartável; Quantidade: 100 Unidades; tnt (100% Polipropileno).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para proporcionar barreira efetiva para o profissional, contra gotículas ou aerossóis, ou ainda, queda de fios de cabelo sobre a superfície de trabalho.</p>	Caixa	PAM UBS	200 caixas 200 caixas	400 caixas



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

128	<p>TUBO LÁTEX Nº 200 PARA CONFEÇÃO DE GARROTES 15mts</p> <p>JUSTIFICATIVA: O tubo por suas características mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para produtos médico-hospitalares e odontológicos podendo ser usada como:</p> <ul style="list-style-type: none">-Garrote para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas;-Conexão entre componentes dos produtos médico-hospitalares: equipados para infusão, sistema para drenagem torácica, coletores de secreção das vias aéreas, irrigadores de artroscopia e videolaroscopia, equipamentos para aspiração de vias aéreas, e aspiração gástrica enteral,-Como ponteiros para extensores para aspiração e oxigenoterapia;-Na confecção de bombas peristálticas para display de saboneteiras;-Confecção de aparelhos para fisioterapia e ginástica;-Na confecção de elásticos para ortodontia;-Fragmentado.	Unidade	PAM UBS	10 unidades 05 unidades	15 unidades
129	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
130	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p>	Unidade	PAM	20 unidades	20 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.		UBS	00	
131	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
132	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
133	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff). JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

134	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
135	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
136	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
137	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	50 unidades 00	50 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

138	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	50 unidades 00	50 unidades
139	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
140	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
141	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	80 unidades 00	80 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

142	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,5. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
143	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9,0. Em PVC, estéril, com balão (com cuff).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). A intubação endotraqueal é também usada na anestesia geral.</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 00	20 unidades
144	<p>BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 20M.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utiliza para realizar o exame eletrocardiograma ou ECG- Monitora as atividades elétricas do coração. Atraves desse procedimento, especialistas podem identificar alterações na frequência cardíaca (arritmias) e na redução do fluxo sanguíneo (isquemia) na área cardíaca.</p> <p>O ECG auxilia, ainda, na avaliação dos impactos após do miocárdio, evento agudo que causam danos e morte de parte do músculo do coração.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 00	100 unidades
145	<p>CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS</p> <p>Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquicoalveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2)</p>	Unidade	PAM	10.000 unidades	10.000 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; Pacote com 20 unidades; P.V.C. Atóxico Siliconado; Estéril; Atóxica; Aspirogênico; Descartável (Uso único); Produto com validade; Comprimento: 1,40m; Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para administrar oxigênio de baixo fluxo (1 a 5 lpm) em pacientes adultos e pediátricos. Sua utilização é simples e permite que o paciente mantenha suas atividades diárias, como falar e comer, sem dificuldades.</p>		UBS	00	
146	<p>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA Especificações: Pressão de Trabalho: Pressão da Rede. Fluxo máximo: Determinado no fluxômetro. Capacidade do Copo: 250 ml. Peso do Produto: 0,225 Kg. Dimensão do Produto (A x L x P): 205mm x 107mm x 110mm. Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para oxigenoterapia deve ser utilizado em concentradores ou cilindros de oxigênio para evitar o ressecamento das vias aéreas superiores. É indicado para pacientes que utilizam fluxo acima de 3lpm, porém também pode ser utilizado para fluxos menores, proporcionando um maior conforto.</p>	Unidade	PAM UBS	50 unidades 00	50 unidades
147	<p>ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO Estetoscópio adulto com auscultador duplo em metal, selecionado por simples rotação, cone com o diâmetro de 30mm e com a membrana fixa por anel de termoplástico rosqueado com 44mm de</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades	70 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>diâmetro, tubo duplo em metal cromado com mola interna em aço e tubo flexível isento de látex em “Y” na cor preta, com olivas extremamente macias com rosca em metal.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para verificação de pressão arterial durante atendimentos médico de enfermagem ao usuário em todas as unidades de saúde. Item indispensável e de extrema importância, para realização de exames e consultas médicas e de enfermagem.</p>			40 unidades	
148	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL Estetoscópio infantil com auscultador duplo em metal, selecionado por simples rotação, cone com o diâmetro de 26mm e com a membrana fixa por aro de termoplástico rosqueado com 31mm de diâmetro, tubo duplo em metal, selecionado por simples rotação, cone com o diâmetro de 26mm e com a membrana fixa por aro de termoplástico rosqueado com 31mm de diâmetro, tubo duplo em metal cromado com mola interna em aço e tubo flexível isento de látex em “Y” de cor preta, com olivas extremamente macias com rosca em metal. Garantia mínima de 24 meses.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para verificação de pressão arterial durante atendimentos médico de enfermagem ao usuário em todas as unidades de saúde. Item indispensável e de extrema importância, para realização de exames, consultas médicas e de enfermagem.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 10 unidades	40 unidades
149	<p>EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL COM INJETOR LATERAL E CÂMARA FLEXÍVEL Descrição: Equipo Fotossensível é um produto utilizado para a condução e/ou administração de soluções parenterais fotossensíveis a partir de recipiente específico de soluções até o dispositivo de acesso venoso.</p>	Unidade	PAM UBS	3.000 unidades 00	3.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>-O escoamento da solução por meio da gravidade e a regulagem do gotejamento por meio da pinça rolete;</p> <p>-Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução;</p> <p>-Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo;</p> <p>-Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra);</p> <p>-Extensão em PVC Âmbar;</p> <p>-Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete com corta fluxo e descanso.</p> <p>-Equipo Macro Fotossensível Flexível Plug com saco e com Injetor isento de Látex e filtro bacteriológico - 15micraTamanho: 1,50m GC Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para administração de antibióticos, soroterapia, eletrólitos e reposições pelas vias intravenosa ou endovenosa para infundir os medicamentos parentais em pacientes com quadros mais graves. Sua função é de controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais: - Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, ou agulha). - Viabiliza o controle de fluxo de soluções.</p>				
150	<p>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO</p> <p>Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,3m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal destacável, graduado e com capa protetora na extremidade, utilizado para infusão de nutrição enteral e demais líquidos infundidos por via enteral.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p>	Unidade	PAM	1.200 unidades	1.200 unidades
			UBS	00	



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para que haja armazenamento e transporte de fluidos até a veia do paciente, o equipo é o tubo responsável pelo armazenamento e transporte dos fluidos, e a bomba faz o controle dessa velocidade e quantidade. O equipo é o dispositivo que transporta a substância (que está no reservatório) até o paciente.</p>				
151	<p>IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE HEAD BLOCK ADULTO</p> <p>Utilizado em conjunto com a prancha de imobilização e do colar cervical, tem como função imobilizar a cabeça e a cervical do paciente.</p> <p>Características do produto:</p> <p>Impermeável;</p> <p>Contém tirantes de fixação para testa e queixo;</p> <p>Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;</p> <p>Confeccionado em espuma injetada;</p> <p>Cor: amarelo;</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado na remoção e transporte de pacientes em situações de emergência. O Head Block é responsável por promover tanto a segurança quanto o conforto do indivíduo com a estabilização da sua coluna cervical. É um acessório fundamental no resgate.</p>	Unidade	PAM UBS	30 00 unidades	30 unidades
152	<p>LENÇOL DESCARTÁVEL – TNT BRANCO</p> <p>Confeccionado em não-tecido 100% polipropileno. Amplamente utilizado em clínica, hospital, salão de beleza, dermatologia etc. Fabricado pelo processo de filamentos contínuos consolidados por termo-soldagem. Atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar. Com Elástico. Cor: branca. Dimensões: 2,20 m X 1,40 m</p> <p>JUSTIFICATIVA: O seu uso tem por finalidade, formar uma barreira mecânica que impede a passagem de sujidades e bactérias em</p>	Unidade	PAM UBS	50.000 30.000 unidades	80.000 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	macas ou colchões dentro das Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento				
153	<p>MANGUEIRA SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO Tamanho 1,5 m Diâmetro interno: 12,70 X 19,05 MM Diâmetro externo: -material atóxico, inodoro e insípido; -resistentes a altas temperaturas (até 300°C) e flexíveis a baixas temperaturas; -resistentes a produtos químicos. Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para procedimentos médicos e também para qualquer tipo de interação como o corpo, como é no caso do uso do narguilé. Alguns exemplos da utilização da mangueira de silicone na área da saúde são: Equipamentos de anestesia. Aplicações intravenosas.</p>	Unidade	PAM UBS	300 unidades 00	300 unidades
154	<p>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO Modelo Adulto; Com Tubo de O2; Com reservatório; Não estéril; Com registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para auxiliar a ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento da apneia obstrutiva, falha respiratória e insuficiência respiratória.</p>	Unidade	PAM UBS	280 unidades 20 unidades	300 unidades
155	<p>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL Modelo Infantil; Com Tubo de O2; Com reservatório; Não estéril; Com registro na ANVISA.</p>	Unidade	PAM UBS	100 unidades 20 unidades	120 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>JUSTIFICATIVA: Utilizada para auxiliar a ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento da apneia obstrutiva, falha respiratória e insuficiência respiratória.</p>				
156	<p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA Em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odontológico-hospitalar, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). E o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP)>98% e eficiência de filtração bacteriológica (BFE)>95%. CAIXA com 50un; Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Com elástico; Clips nasal; Com Registro na ANVISA.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para proteção contra a inalação de patógenos transmitidos por gotículas; Sempre que o Trabalhador de Saúde estiver à curta distância do paciente.</p>	Caixa	PAM UBS	1000 caixas 600 caixas	1.600 caixas
157	<p>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA SENSE 10</p> <p>Sensor de dedo com design exclusivo: O oxímetro de pulso SENSE 10 possui os mesmos algoritmos utilizados nos Monitores VITA para obtenção de uma medição exata e sem falhas. Contudo, desenvolvemos um sensor de dedo com design único e exclusivo para garantir a obtenção de um sinal ainda melhor mesmo sob circunstâncias de uso desfavoráveis. O que facilita em muito o trabalho dos médicos e pacientes. Desenvolvido com tecnologia de ponta e parâmetros</p>	Unidade	PAM UBS	60 unidades 10 unidades	70 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>otimizados, o Sense 10 é um oxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso. Seu design ergonômico e compacto foi projetado para facilitar o manuseio e sua interface desenvolvida para aumentar a qualidade de uso pelo usuário. O Oxímetro de Pulso Sense 10 é a solução mais indicada para homecare, procurado por equipes profissionais que realizam trabalho de monitoração de pacientes em casa. O Sense 10 inaugura um amplo conceito em oximetria portátil com medição de SpO2, Tela LCD, alarme audiovisual, tabelas de tendência e grande capacidade de armazenamento, frequência de pulso, tela com onda pletismográfica e compatível com software de gestão de dados.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para medir quanto de oxigênio o sangue arterial está transportando utilizando um sistema, não invasivo, de medição. Usando um pequeno dispositivo, o nível de oxigênio sanguíneo pode ser estimado sem a necessidade de puncioná-lo com uma agulha. O nível de oxigênio avaliado é chamado de nível de saturação de oxigênio SpO2. A SpO2 é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando, comparada com a máxima capacidade de transporte.</p>				
161	<p>VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO</p> <p>Informações do Produto: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizadas as válvulas redutoras de pressão para controlar a pressão de saída de Oxigênio do cilindro. Compatível com todos os</p>	Unidade	PAM UBS	20 unidades 15	35 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	modelos de cilindros de oxigênio padrão ABNT.				
162	<p>PROTETOR FACIAL Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos plásticos.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para resguardar o rosto em ambientes que oferecem risco. Tais riscos podem ser partículas voadoras como respingos químicos, poeiras, mas também calor e luminosidade excessiva, radiação e impactos.</p>	Unidade	PAM UBS	60 unidades 60 unidades	120 unidades
163	<p>SAPATILHA PRO-PÉ DESCARTÁVEL BRANCA Produzido em 100% polipropileno (TNT) ; Produto de uso único, não estéril, atóxico e antialérgico. Pacote com 100 Unidades.</p> <p>JUSTIFICATIVA: As sapatilhas descartáveis são EPIs usados nos pés para evitar a entrada de sujeiras e microrganismos em locais de extrema limpeza, agindo como barreira física para uma série de possíveis agentes contaminantes.</p>	Unidade	PAM UBS	50 unidades 00	50 unidades
164	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Características: Manguito e pera em PVC. Braçadeira em nylon, com fechamento em velcro; Acompanha estojo para viagem Livre de látex Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens Inclusos: Manômetro (0-300mmHg); Braçadeira (18-35 cm); Válvula de deflação; Estojo para viagem Manual; Com registro na Anvisa.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Aparelho de pressão ou</p>	Unidade	PAM	150 unidades 100 unidades	250 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	esfigmomanômetro aneroide/manual é o aparelho que atua na aferição da pressão arterial para diagnóstico de doenças ou monitoramento de quadro clínico.		UBS		
165	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Características: -Braçadeira em nylon com fechamento em velcro. -Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos). -Manguito em PVC (latex free). -Acompanha estojo para viagem. -Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens Inclusos: -Manômetro (0-300 mmHg). -Braçadeira infantil - 10 à 18cm. (nylon com fechamento em velcro). -Pêra e Válvula de deflação. -Estojo com zíper. Com registro na Anvisa.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Aparelho de pressão ou esfigmomanômetro aneroide/manual é o aparelho que atua na aferição da pressão arterial para diagnóstico de doenças ou monitoramento de quadro clínico.</p>	Unidade	PAM UBS	30 unidades 10 unidades	40 unidades
166	<p>ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE/OBESO Características: -Verificado e aprovado pelo INMETRO. -Manguito e pera em PVC. - Braçadeira em nylon, com fechamento em velcro. -Acompanha estojo para viagem -Livre de látex. - Pera com válvula em metal reforçado. -Tamanho Adulto/Obeso -Medidas: 68 cm x 17 cm Com registro na Anvisa</p> <p>JUSTIFICATIVA: aparelho de pressão ou</p>	Unidade	PAM UBS	24 unidades 12 unidades	36 unidades



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	esfigmomanômetro aneroide/manual é o aparelho que atua na aferição da pressão arterial para diagnóstico de doenças ou monitoramento de quadro clínico.				
167	<p>KIT PARA PARTO DESCARTÁVEL Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lençol para local do parto p30 - Avental para parteiro p30 - Pares de luva de látex (para parteiro/auxil) - Clamps para cordão umbilical - Bistiru para sectionar o cordão - Envelopes com álcool iodado p/assepsia - Envelope com gaze para proteger umbigo e Kit assepsia vaginal - Aparar nenem p/proteção do nenem - p30 - Absorvente hospitalar p/proteção da parturiente - Sacola branca para expurgo deverá ser incinerada c/ resíduos <p>JUSTIFICATIVA: Kit prático destinado ao uso em parto emergencial em ambiente pré-hospitalar. Possui todos os itens que os médicos ou profissionais de saúde necessitam para realizar um parto emergencial. Pode ser acondicionado em envelope de papel grau cirúrgico auto selante ou em bolsa plástico multiuso.</p>		PAM UBS	100 Kits 00	100 kits
168	<p>KIT CURATIVO ESTÉRIL DESCARTÁVEL LIMPEZA DE FERIDAS, REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS -</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pinça dente de rato fabricada em liga metálica ou resina de engenharia; comprimento aproximado de 145MM (três dentes distal), 1 pinça anatômica com comprimento aproximado de 145MM, 1 pinça kelly reta comprimento aproximado 160mm, 1 campo cirúrgico em ssmms 100% em Kit polipropileno laminado em polietileno, impermeável, gramatura 50g/m2 com 40 cm x 40 		PAM UBS	1.000 kits 500	1.500 kits



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>cm de comprimento aproximadamente.</p> <p>Apresentação: bandeja rígida esterilizada com validade de esterilização mínima de 02 anos. itens fabricados em resina de engenharia.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para auxiliar na higienização de feridas e pequenos procedimentos cirúrgicos. O material estéril e descartável garante segurança ao paciente, além de o atendimento ser mais ágil devido ao fato do material já estar separado. Pode ser usado em enfermarias, consultórios e hospitais</p>			kits	
169	<p>KIT ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA REALIZAÇÃO SUTURAS - COMPOSTO POR:</p> <p>01 pinça dente de rato fabricada em liga metálica ou resina de engenharia comprimento aproximado 140mm (dentes de 3mm sobrepostos e porção distal),</p> <p>01 tesoura iris fabricada em liga metálica ou resina de engenharia tamanho aproximado 114mm,</p> <p>01 porta agulha mayo hegar fabricado em liga metálica ou resina de engenharia tamanho aproximado 140mm de comprimento,</p> <p>01 campo de cobertura de mesa fabricado em 100% cobertura de mesa em ssmms 100% em polipropileno laminado, impermeável, gramatura de 50g/m2 comprimento 40cm x 40cm,</p> <p>01 campo cirúrgico fenestrado em ssmms em polipropileno gramatura 40g/m2 tamanho 40cm x 40cm de comprimento fenestrado,</p> <p>05 compressas de gaze 11 fios 7,5cm x 7,5cm,</p> <p>01 fio de mononylon 5-0 com 45cm de comprimento, agulhado (agulha 3/8 circular, formato triangular 2,0cm).</p> <p>Apresentação em bandeja rígida esterilizada com validade de esterilização mínima de 02 anos.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para a sutura de regiões</p>	Kit		250 kits 250 kits	500 kits



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	superficiais da pele, podendo servir para o atendimento de emergências ou procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em hospitais ou consultórios. Estéril e descartável: dupla segurança para o binômio médico / paciente.		PAM UBS		
170	<p>KIT ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA RETIRADA DE PONTOS - COMPOSTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 cabo de bisturi em liga metálica ou resina de engenharia com lamina nº 12, com tamanho total aproximado 140mm;-01 pinça de anatômica em liga metálica ou resina de engenharia com tamanho aprox. 140mm;-portar 05 compressas de gaze.-Apresentação em bandeja rígida esterilizada com validade de esterilização mínima de 02 anos. <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado para retirar pontos, com segurança garantida pelo material descartável e esterilizado. Como o material está reunido, o atendimento ao paciente fica mais rápido e ágil.</p>	Kit	PAM UBS	50 kits 50 kits	100 kits
171	<p>KIT ESTÉRIL SONDAGEM VESICAL DESCARTÁVEL CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E/OU ALIVIO - COMPOSTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none">-01 cuba redonda fabricada em polipropileno com capacidade aproximadamente de 215ml,-01 par de luva látex de procedimento tamanho m,-01 campo de cobertura de mesa fabricado em 100% cobertura de mesa em ssmms 100% em polipropileno laminado em polipropileno, impermeável, gramatura de 50g/m2 comprimento			300 kits	500 kits



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>60cm x 60cm, -01 campo cirúrgico fenestrado em ssmms em polipropileno gramatura 40g/m2 tamanho 40cm x 40cm de comprimento fenestrado, -10 compressas de gaze 7,5 x 7,5 11 fios, -1 frasco de 30ml de clorexidina aquosa 1%, -01 seringa 20ml graduada, 30ml de água para injeção ampola, -01 pinça modelo pean fabricada em resina de engenharia tamanho aproximado 19cm de comprimento, -01 sachê 5ml de gel lubrificante incolor.</p> <p>apresentação em bandeja rígida esterilizada com validade de esterilização mínima de 02 anos.</p> <p>JUSTIFICATIVA Utilizado e necessários para a realização de cateterismo vesical, tanto de alívio como de demora. Facilita e assegura o procedimento, ao reunir todo o material, estéril e descartável, em uma única embalagem.</p>		PAM		
			UBS	200 kits	
172	<p>OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ESPÉCULOS Equipado com lâmpada tipo LED para transmissão de luz fria com temperatura de cor de 5500k (graus Kelvin) e vida útil estimada em 10.000h, garantindo um campo de trabalho sem reflexos. Componentes: -02 Espéculos reutilizáveis nº 1- Ø 2,5 mm -02 Espéculos reutilizáveis nº 2- Ø 4,0 mm -05 Espéculos descartáveis nº 1 - Ø 2,5 mm -05 Espéculos descartáveis nº 2 - Ø 4,0mm -Lente em policarbonato com aumento de 2,5x -02 pilhas alcalinas tipo AA(não inclusas) -Acondicionado em bolsa com fecho velcro (estojo) -Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. Com registro na Anvisa</p>	Unidade	PAM	15 unidades	15 unidades
			UBS	00	



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	JUSTIFICATIVA: Utilizado pelos profissionais de saúde consigam realizar um diagnóstico no ouvido do paciente, tanto a parte externa como a parte interna, com o uso do otoscópio se tornou mais fácil analisar anomalias no tímpano e no canal auditivo.				
173	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO Fio Guia maleável para intubação; Ponta suave e atraumática; Autoclavável a 134°C; Com registro na ANVISA. JUSTIFICATIVA: Utilizado na introdução da sonda em procedimentos de intubação para pacientes que necessitem com urgência de ventilação pulmonar, pois sendo maleável é adequado ao formato e resistência necessários que venham a facilitar a passagem através do tubo endotraqueal.	Unidade	PAM UBS	30 unidades 00	30 unidades
174	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL Fio Guia maleável para intubação; Ponta suave e atraumática.; Autoclavável a 134°C; Com registro na ANVISA. Possui extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de "J" Esterilizado à óxido de Etileno (ETO); Comprimento: 300mm; Diâmetro: 3,2mm; Tamanho: 10Fr; Cor: Amarelo; sento de látex; Embalado individualmente ou em lote em caixa de papelão resistente; Validade de 2 anos;	Unidade	PAM	30 unidades 00	30 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>Fabricação nacional; Uso único e não deve ser reutilizado; Após o uso, deve ser descartado como produto de lixo hospitalar (conforme normas da Autoridade Sanitária Local);</p> <p>JUSTIFICATIVA: Utilizado na introdução da sonda em procedimentos de intubação para pacientes que necessitem com urgência de ventilação pulmonar, pois sendo maleável é adequado ao formato e resistência necessários que venham a facilitar a passagem através do tubo endotraqueal.</p>		UBS		
175	<p>CIRCUITO PARA VENTILADORES MECÂNICOS ADULTO Circuito Respiratório fabricado em silicone sem de látex e totalmente autoclavável. Traqueia corrugada externamente e lizas em sua face interna, dando maior resistência e flexibilidade ao circuito respiratório. Conectores, adaptadores e drenos confeccionados em Polissulfona, material resistente a altas temperaturas e 100% autoclavável. Traqueia translúcida de fácil higienização e secagem</p> <p>Deve ser Composto por: 02 – Traqueias em silicone 01 – Cotovelo 22mm x 22F 01 – Conector Y 01 – Linha Proximal Com registro na Anvisa</p> <p>JUSTIFICATIVA: Circuito universal para ventiladores mecânicos. É utilizado para conectar o aparelho ao paciente adulto, permitindo-o prestar assistência respiratória através da ventilação de ar aos seus pulmões.</p>	Unidade	PAM	24 unidades	
			UBS	00	24 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

176	<p>CIRCUITO PARA VENTILADORES MECÂNICOS INFANTIL</p> <p>Circuito Respiratório fabricado em silicone sem de látex e totalmente autoclavável.</p> <p>Traqueia corrugada externamente e lizas em sua face interna, dando maior resistência e flexibilidade ao circuito respiratório.</p> <p>Conectores, adaptadores e drenos confeccionados em Polissulfona, material resistente a altas temperaturas e 100% autoclavável</p> <p>Traqueia translúcida de fácil higienização e secagem</p> <p>Deve ser Composto por:</p> <p>02 – Traqueias em silicone 15x1200</p> <p>01 – Cotovelo 22mm x 22F</p> <p>01 – Conector Y</p> <p>01 – Linha Proximal</p> <p>Com registro na Anvisa</p> <p>JUSTIFICATIVA: Circuito universal para ventiladores mecânicos. É utilizado para conectar o aparelho ao paciente adulto, permitindo-o prestar assistência respiratória através da ventilação de ar aos seus pulmões.</p>	Unidade	PAM	12 unidades	12 unidades
177	<p>KIT CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE</p> <p>-Conjunto com 3 peças (Cores: preto, amarelo e vermelho)</p> <p>-Ideal para o processo de imobilização</p> <p>-Produzido em polipropileno</p> <p>-Espessura: 3 mm</p> <p>-Comprimento: 1,54 m</p> <p>-Largura: 5 cm</p> <p>-Peso: 190 g</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Altura 155 cm</p>	Unidade	PAM	30 unidades	30 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>Largura 5 cm Comprimento 0 cm Peso 0,190 Kg</p> <p>JUSTIFICATIVA: Cinto para prancha de resgate, usado no processo de imobilização, resistente garantindo segurança durante o procedimento. Contém fecho com trava de segurança, impedindo que a cinta se solte. Produto é necessário para o resgate.</p>		UBS		
178	<p>FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO Espaço morto: 25ml volume: 200-1500ml peso do paciente: 25-150kg peso do filtro: 22g saida de umidade: 31 mg/l eficiencia de filtração 99,99% resistencia: <200 pa Produto Estéril Validade: 5 anos Hidrofóbico/Hidroscópio/Eletrostático Trocador de calor e umidade Filtragem bidirecional Capnógrafo luer lock Composição: polipropileno e papel crepe com relevo Com registro na Anvisa</p> <p>JUSTIFICATIVA: O Filtro para ventilação mecânica bacteriano viral HMEF Adulto é um dispositivo altamente eficaz na prevenção da propagação de bactérias e vírus em ambientes hospitalares. Indicado para o uso em sala de cirurgia, anestesia, procedimentos respiratórios e traqueostomia.</p>	Unidade	PAM UBS	240 unidades 00	240 unidades



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

179	<p>FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA BACTERIANO VIRAL INFANTIL</p> <p>Conteúdo:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 Filtro Bacteriano HMEF Becare PED-1 Traqueia corrugada com tampa <p>Composição: Invólucro (Polipropileno), Tampa Luer Lock (Polipropileno), Traqueia corrugada (Polipropileno + Etileno Vinil Acetato), Conectores (Acrilonitrila butadieno estireno), Material filtrante: Membrana 100% higroscópica constituída por Papel HME; Membrana 100% hidrofóbica constituída por Algodão eletrostático.</p> <p>Especificações do Produto:</p> <ul style="list-style-type: none">-Conexões ISO cônicas-Volume corrente 150 - 300 ml-Espaço morto de 15 ml-Tempo máximo de uso 24 horas-Resistência 1,22 cm H²O a 30 L/min-Umidificação 24 mg H²O/L a 500 ml-Eficiência bacteriana e viral 99,9999%-Uso único-Produto Esterilizado por Óxido de Etileno <p>Com registro na Anvisa.</p> <p>JUSTIFICATIVA: O Filtro para ventilação mecânica bacteriano viral HMEF INFANTIL é indicado para o uso em sala de cirurgia, anestesia, procedimentos respiratórios e traqueostomia. O dispositivo é acoplado a circuitos ventilatórios, promovendo a filtração e remoção de até 99.9%de bactérias e vírus do ar que passa por ele, protegendo o sistema respiratório do paciente.</p>	Unidade	PAM	60 unidades	60 unidades
180	<p>Bateria LITIO CR 2032 PARA BALANÇA</p> <p>Descrição</p> <p>Com energia de longa duração, as pilhas CR2032 são ideais para relógios de pulso, controles, chaves de carro, sensores, balanças digitais,</p>	Unidade	UBS	00	50 unidades
			PAM	50 unidades	



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<p>calculadoras, CPUs, lanternas e muitos outros aparelhos. Além de oferecer energia de longa duração, conta com diversos recursos de segurança para crianças e bebês. Pilha Moeda de Lítio CR2032 Tecnologia de alta qualidade para dispositivos pequenos Bateria de Lítio 3volts Confiável para desempenho de longo prazo Embalagem com 5 unidades</p> <p>JUSTIFICATIVA: É normalmente utilizada e usada como bateria em computadores, calculadoras, controles remotos, instrumentos científicos, balanças, campainhas sem fio, relógios, e outros dispositivos pequenos.</p>		UBS		
--	--	--	-----	--	--



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

181	LANTERNA CLINICA				
	<p>Descrição Auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotina em hospitais, clínicas e consultórios médicos. Diferenciais e benefícios Alta performance com iluminação em LED de 3,0V; Leve; Portátil; Cor: Dourada; Possui clipe de bolso. 01 Lanterna Missouri LED; 01 Manual de Instruções. Mínimo de (cm)13,50Largura do produto (cm)1,00Profundidade do produto (cm)1,00Peso líquido (Kg)0,012Altura da embalagem (cm)14,50Largura da embalagem (cm)2,50Profundidade da embalagem (cm)1,50Peso bruto com embalagem (Kg)0,100Higiene e Conservação Garantia12 meses</p> <p>JUSTIFICATIVA: Instrumento utilizado para avaliação das pupilas do paciente. Necessário realizar a avaliação, pois existe uma profunda conexão entre o cérebro e a pupila (nervo óptico), de acordo com as reações das pupilas é possível diagnosticar o que tem de errado com a atividade cerebral.</p>	Unidade	PAM	50 unidade	100 unidades
			UBS	50 unidades	



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

--	--	--	--	--	--



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

182	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL</p> <p>Descrição: Modelo elétrico portátil, destinado a aspiração de secreções; portátil; resistente contra impactos, para utilização nas unidades Básicas de Saúde; deverá possuir coletor de secreção resistente, reutilizável e autolavável com capacidade mínima aproximada de 1,0 litro, graduado; com funcionamento através de sistema de diafragma; deverá ser composto por dispositivo que interrompe automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco, com indicação audiovisual; aspiração regulável com graduação visível; com vazão mínima de aspiração de 25 l/min e faixa de vácuo de 50 a 500 mmHg, aproximadamente. Com bateria interna recarregável, de 12V DC, com autonomia de no mínimo 1 hora. Voltagem de 100/240V. Com microfiltro bacteriano para retenção de partículas. Deverá acompanhar manual de instrução, constar registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)</p> <p>JUSTIFICATIVA: <i>Utilizado e indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia.</i> Utilizado comumente por médicos, enfermeiros e profissionais da saúde para aspirar líquidos e secreções de diferentes tipos. Seu uso é ideal em hospitais, clínicas médicas e odontológicas.</p>	Unidades	PAM UBS	15 unidades 15 unidades	30 unidades
------------	--	----------	----------------	-----------------------------------	-------------



17892/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

183	<p>MALETA CAIXA DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS BRANCA</p> <p>Descrição: Modelo: Primeiros Socorros Material: Plástico Conta com 02 Bandeja e 05 divisões cada bandeja Alça para transporte Fecho de segurança com trava Medida do produto: 33x 20x 16Cm (Compr. x Lar. x Alt.) Cor: Branca Peso: 763 Gramas</p> <p>JUSTIFICATIVA: A caixa organizadora de remédios é um recipiente onde se coloca os medicamentos com intuito de armazená-los por um bom tempo. É ideal que essas caixas sejam colocadas em locais livres de umidade Isso porque o calor e a umidade podem diminuir a eficácia dos fármacos. A caixa organizadora será utilizada nas Unidades básicas de saúde para armazenamento de medicamentos para atendimento de urgência quando necessário pela equipe médica.</p>	Unidades	PAM	20 Unidades	40 unidades
184	<p>KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO COMPLETO</p> <p>Descrição: Item ideal para o resgate de emergência em hospitais, consultórios, empresas, residências, entre outros locais. O Kit Cipa com Prancha em Polietileno é um conjunto de equipamentos bastante eficientes para prestação de socorro.</p> <p>01 Capa para Kit Cipa; 01 Prancha Longa em Polietileno; 01 Imobilizador de Cabeça Adulto; 01 Conjunto de 03 Cintos de Engate Rápido (Amarelo, Vermelho e Preto); 01 jogo de Tala Aramado em Borracha Tipo E.V.A com 4 tamanhos; 01 Bandagem Triangular tam M: 100X 100X 140cm; 01 Colar Cervical P; 01 Colar Cervical M; 01 Colar Cervical G; 01 Manta Térmica Aluminizada.</p>		UBS	15 kit 15 kit	30 Kit



17892/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	JUSTIFICATIVA Kit Cipa Completo c/ Prancha em Polietileno Este kit é indicado para imobilização, remoção e transporte da vítima em casos de acidentes até um hospital mais próximo. Traz consigo total segurança na hora do resgate aos pacientes na hora da remoção.	Unidades	PAM UBS		
--	---	----------	----------------	--	--